



कार्यालय

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा।

E-mail ID- cs.simdega@gmail.com, cs.simdegal@gmail.com

पत्रांक २५(२)/सिमडेगा, दिनांक २८.०१.२१/

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
सिमडेगा।

विषय :-

अति अल्पकालीन निविदा सं० ०१/२०२१ से संबंधी सामग्री को जिला के वेबसाईट में अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न अति अल्पकालीन निविदा संख्या- ०१/२०२१ का प्रकाशन सामग्री (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) में जिला के वेबसाईट www.simdega.nic.in में अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

Rajeev
२८.०१.२१

Rajeev
२८/०१/२०२१

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सिमडेगा

ज्ञापांक २५(२)/सिमडेगा, दिनांक २८.०१.२१/
प्रतिलिपि :- उपायुक्त, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajeev
२८.०१.२१

Rajeev
२८/०१/२०२१

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सिमडेगा।



कार्यालय

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा।

E-mail ID- cs.simdega@gmail.com, cs.simdegal@gmail.com

निविदा संख्या :- 01/2021

:- अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :-

सिमडेगा जिलान्तर्गत एनिगिया मुक्त भारत अभियान के तहत सदर अस्पताल, सामु0स्वा0केन्द्रों, प्रा0स्वा0केन्द्रों, हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों एवं स्वा0 उपकेन्द्रों के लिए उच्च गुणवत्ता के Digital Hemoglobin Meter एवं Hemoglobin Meter Strip की आपूर्ति हेतु मूल्य निर्धारण/क्रय हेतु निबंधित प्रतिष्ठित निर्माताओं या उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ता/विक्रेताओं/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेंसियों से निम्न विवरणी के अनुसार अति-अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

| 1. | Name of the work | Rate Contract for – Digital Hemoglobin Meter and Hemoglobin Meter Strip |
|----|--|---|
| 2. | Date of Publication of Tender on Website | 28.01.2021 at 04.00 PM |
| 3. | Last date / time for receipt of bids | 06.02.2021 Up to 05.00 PM |
| 4. | Bid Opening Date | 08.02.2021 At 11.00 AM |
| 5. | EMD in Favoring “ जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, सिमडेगा ”. | Rs. 25000.00 (Twenty five Thousand) Only |
| 6. | Tender Fee (Non Refundable) in Favoring “ जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, सिमडेगा”. | Rs. 2000.00 (Two Thousand) Only |
| 7. | Name & Address of officer inviting tender (Procurement officer) | Civil Surgeon-Cum- Chief Medical Officer, Simdega |
| 8. | Contact No. of Procurement officer | 6205522543 |
| 9. | Helpline number of e- Procurement cell | 9546146593, 9304979616 |

Note :-

1. Further details can be seen on website www.simdega.nic.in

निविदा का तकनीकी भाग –

निविदा के तकनीकी भाग में निम्नांकित अभिलेख समर्पित करना अनिवार्य होगा।

- 1- जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- 2- आयकर कार्ड (पैन कार्ड) का छायाप्रति।
- 3- जी0एस0टी0 का रिटर्न प्रतिवेदन (GSTR 3 B) माह जनवरी 2020 तक का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- निविदादाता को 100/- रुपये का e-Stamp Paper पर निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का शपथ-पत्र देना होगा कि –
 - क) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
 - ख) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं रूग्नावस्था में नहीं है।
 - ग) उनके द्वारा दी गई कम्पनी एवं निविदादाता स्वयं का न्यायालय में कोई मामला या मुकदमा दर्ज नहीं है का शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5- निविदा के तकनीकी भाग में अर्हता प्राप्त करने पर ही वित्तीय भाग खोली जाएगी।
- 6- निविदादाता अगर स्वयं निर्माता कम्पनी नहीं है तो उनसे प्राप्त अनुज्ञापन (अथोरिटी लेटर) का मूलप्रति देना अनिवार्य होगा, जो इस ई-निविदा के लिए एवं ई-निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का होना चाहिए।

Rakey

Rakey

- 7- निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2019-20 का Turn Over 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये होना चाहिए, का प्रमाण-पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत Audit Report संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8- Financial Year- 2018-19, 2019-2020 का I.T.R. Return की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 9- निविदा से संबंधित निविदा शुल्क 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) एवं E.M.D. के लिए 25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का D.D तकनीकी बिड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 10- तकनीकी निविदा में संलग्न प्रपत्र की सूची Indexing के माध्यम से पृष्ठ संख्या के साथ देना होगा और सभी प्रपत्र स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 11- मुद्रक का दर अनिवार्य रूप से क्रमानुसार एवं अंक में अंकित होना चाहिए कटा-छंटा अंकों में अंकित दर मान्य नहीं होगा।
- 12- मूल्य सूची में स्पेसिफिकेशन, मेक, ईकाई इत्यादि निविदा के अनुसार एवं स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

निविदा का वित्तीय भाग -

- 1- निविदा में अंकित दर (रूपया में) सभी कर सहित होना चाहिए।
- 2- Financial Bid में मूल्य निर्धारण हेतु दिये गये Format में ही क्रमांक के अनुसार दर अंकित करेंगे।

अन्य शर्तें :-

1. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्ण रद्द/संशोधन करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. जिला क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
3. इस निविदा का निर्धारित दर एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
4. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सिमडेगा होगा।
5. निविदा से संबंधित कोई भी शुद्धि पत्र या आदेश इसी Website www.simdega.nic.in पर Upload किया जाएगा।
6. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किये जाने वाले मशीन उपकरण का कम से कम एक वर्षों का कम्प्लेसरी वारन्टी देना होगा।

Rajeev
28.01.21

Rajeev
28.01.2021
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी,
सिमडेगा।

तकनिकी विवरणी एवं दर निर्धारण हेतु प्रपत्र

| Sl. No. | Technical Specification | Comments | Rate Per Unit with GST |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Name | Digital Hemoglobinometer | |
| a) | Clinical Purpose | Direct hand-held battery-operated device used for haemoglobin testing in clinical setting/population-based screening. The device is intended to be used for quantitative measurement of haemoglobin in capillary, venous or arterial whole blood samples taken from forearm, upper arm, hand, thigh, calf, or fingers. | |
| b) | Should be used by | Medical Officer/ Laboratory Technician/ Staff Nurse/ ANMs/ Mid-level health service providers at HWCs | |
| Technical Characteristics | | | |
| c) | Working Principle | Reflectance Photometry/ Absorbance Photometry | |
| d) | Parameter | Blood Haemoglobin level | |
| e) | Range of Hb estimation | 0-20 gm/dl | |
| f) | On-screen patients result display | Yes (LCD Display) | |
| g) | Maximum volume of sample required | Not more than 50 micro litres (one full blood drop) | |
| h) | Sample material | Capillary, Venous or Arterial whole blood | |
| i) | Measuring Time | Less than a minute | |
| j) | Auto-calibration | Auto/Self Calibration | |
| k) | Sensitivity | More than 80% | Findings should be published in two peer reviewed indexed journals. The studies should be done in two different Indian settings by two independent teams of investigators. |
| l) | Specificity | More than 80% | |
| m) | Bias (Limits of agreement) | 0.5 gm/dl (\pm 1gm/dl) | |
| n) | Memory to store data | Desirable – up to 500 tests with date and time | |
| 2. | Strip | Compatible with the Digital Hb | |

Laxey
28.01.21

Pooja
28/1/2021