


सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय श्योपुर म.प्र.  
क्र / क्रय / 2020 श्योपुर दिनांक.....

// निविदा प्रारूप //

जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन बी.पी.एल. की प्रोब कोनवेक्स मात्रा 1 नग का क्रय करने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। सीमित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 9/10/2020 को सायंकाल 04 बजे है।

#### Probe Specification Of ECUBE 5

1. Probe Should be Convex
2. Probe Frequency Should be 1-6 MHZ
3. Prbe Should have image compounding facility
4. Probe Should Have pin less connector
5. Probe Should be light weight
6. Probe Length Should be minimum 1-2 mtr
7. Probe Should be compaitable with BPL Alipinion Model Ecube 5

  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला चिकित्सालय श्योपुर म.प्र.